

Urgent

No :
Tanggal : 13 Februari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ATSP00950	Reagen TOC Calibration Set	QC	13-02-25	1	PW013318	Vision Scientific	1	Unit	27-02-26	1. Inventaris		Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi.
2	ATSP00950	Reagen System Suitability Set	QC	13-02-25	1	PW013318	Vision Scientific	1	Unit	27-02-26	2. Spareparts		
3	ATSP00950	Reagen Conductivity Set	QC	13-02-25	1	PW013318	Vision Scientific	1	Unit	27-02-26	3. Consumable		
4	ATSP00951	Consumable Part UV Lamp	QC	-	-	-	-	1	Unit	27-02-26	4. Jasa	V	
5	ATSP00951	Consumable Part Pump Head Assembly Kit	QC	-	-	-	-	1	Unit	27-02-26	5. Project		
6	IMO10041	Jasa Kalibrasi Portable On Line TOC Sensor Suez - Sievers Checkpoint / CP-N009-190819	QC	13-02-25	1	PW013318	Vision Scientific	1	Jasa	27-02-26			

PERMINTAAN JASA KALIBRASI PORTABLE ON LINE TOC SENSOR

Situasi :

1. Portable On-Line TOC Sensor adalah alat portabel untuk mengukur kadar Total Organic Carbon (TOC) dalam air secara kontinu (real-time) dan fleksibel, menggabungkan kemampuan pemantauan langsung pada aliran air dengan desain yang mudah dipindahkan, berguna untuk kontrol kualitas air di berbagai industri seperti farmasi, semikonduktor, dan pengolahan air limbah, seringkali menggunakan metode oksidasi UV-Persulfate atau oksidasi UV saja.
2. Saat ini Portable On-Line TOC Sensor sudah masuk jadwal Kalibrasi.

Target :

1. Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi.
2. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran dapat tertelusur ke Standar Internasional (SI) dan dapat mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri, termasuk untuk keperluan audit.
3. Pengajuan kalibrasi dilakukan agar tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan.

Proposal :

Pengajuan reagen, consumable part & jasa kalibrasi portable on line TOC sensor.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan	 Hermawan Widyaprasetya

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	CALIBRATION JUSTIFICATIONS	NOMOR 024/ENG/J.CAL/I/2026
		TANGGAL 13 Februari 2026

No.	Nama Alat Instrumen	Portable On Line TOC Sensor
1	Merk / Type	Suez - Sievers Checkpoint / CP-N009-190819
2.	No. Serial	19062321
3.	No. Inventaris	001/D.09/QC/TOC/KIMI/08/19
4.	Kapasitas	-
5.	Skala Pemakaian	-
6.	SPB sebelumnya	PW013318
7.	Pemilik Alat	Departemen QC
8.	Tanggal Kalibrasi Sebelumnya	13 Februari 2025
9.	Rekalibrasi	13 Februari 2026
10.	Interval Kalibrasi	1 Tahun
11.	Vendor Kalibrasi Eksternal	PT. Vision Scientific



Catatan : - Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi. - Saat ini Portable On-Line TOC Sensor sudah masuk jadwal Kalibrasi tanggal 13 Februari 2026. - Pengajuan kalibrasi dilakukan agar tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan. - Dilakukan jasa reagen (penawaran harga terlampir hal. 3) - Dilakukan jasa Kalibrasi alat (penawaran harga terlampir hal 4)
--

Yang Mengajukan.  M. Idris <i>Supervisor Kalibrasi</i>
--



PT. VISION SCIENTIFIC

TOTAL Building 6th floor
 Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 106 A
 Jakarta 11440 - INDONESIA
 Tel. (+62).21. 5695 1538
 F. (+62).21. 5695 1539
 Email: info@vision-scientific.com
 Website: www.vision-scientific.com

QUOTATION

PT Mersifarma Tirmaku Mercusana

Jl. Raya Pelabuhan Km. 18
 Cikembar, Sukabumi
 Jawa Barat 43161
 Telp : (0266) 321877

Attn : Mr. Yuwan

Date : January 13, 2026
 Number : VSR 260060
 Payment Term : According to TOP
 Delivery Term : Franco Sukabumi
 Shipment : Indent 6-8 Weeks
 Expiration Date : January 20, 2026
 No. BPPB : -

No	Description	Qty	Unit Price (IDR)	Total Price (IDR)
Quotation for :				
<u>SIEVERS Checkpoint TOC Standard for Calibration</u>				
<u>For Serial Number 1906.2321</u>				
1.	Checkpoint TOC Calibration Set	1	12,932,000.00	12,932,000.00
2.	Checkpoint System Suitability Set	1	12,858,000.00	12,858,000.00
3.	Checkpoint Conductivity Set	1	6,572,000.00	6,572,000.00
<u>Consumable to be replaced</u>				
1.	Checkpoint UV Lamp	1	18,900,000.00	18,900,000.00
2.	Checkpoint Pump Head Assembly Kit	1	4,255,000.00	4,255,000.00
GRAND TOTAL (IDR)				55,517,000.00

Notes :

- Price are Franco Sukabumi and Excluding 11% VAT.
- Price could be Change without annoucement (please contact us before PO release for further information)
- Items that have been purchased cannot be exchanged or returned.
- Price valid with Exchange rate 1 USD $\approx$ Rp 16.500 $\pm$ 3%

Your Sincerely.

Rahma Jalilah

Sales Calibration

HP. 0812.92921515

admin.sales@vision-teknik.com

PT. VISION SCIENTIFIC

TOTAL Building 6th Floor Jl. Let. Jend. S Parman Kav. 106A Jakarta 11440 - INDONESIA
Telp. (+62).21. 5695 1538
Fax. (+62).21. 5695 1539
Email: laboratory@vision-scientific.com
Website: www.vision-scientific.co.id



P E N A W A R A N H A R G A

Perusahaan : PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA

Kontak : Mr. Yuwan

Telp./e-mail : -

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan Km. 18, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat 43161

Tanggal Penawaran : 13 Januari 2026

Nomor Penawaran : VSR 260061

Sehubungan dengan permintaan yang diajukan, bersama ini kami sampaikan penawaran harga berikut:

No	Deskripsi	Jumlah.	Harga	Total Harga
1.	Kalibrasi TOC Checkpoint, S/N 1906.2321 Parameter/rentang: Checkpoint Calibration Set, System Suitability, Conductivity Set (On-site) - <i>Tidak terakreditasi KAN</i>	1	Rp 5,450,000.00	Rp 5,450,000.00
TOTAL (IDR)				Rp 5,450,000.00

Syarat dan Ketentuan

1. Harga adalah Franco Sukabumi dan tidak termasuk pajak PPN 11%. Syarat pembayaran adalah Cash Advance
2. Pekerjaan akan dijadwalkan setelah PT Vision Scientific menerima Purchase Order (PO)
3. Surat penawaran harga ini berlaku 30 hari setelah diterbitkan
4. Sertifikat diterbitkan maks. 14 hari kerja setelah pekerjaan selesai
5. Instrumen harus dalam keadaan dan performa baik, jika ditemukan kerusakan maka akan dikenakan biaya untuk perbaikan dan penggantian suku cadang. PT Vision Scientific tidak bertanggung jawab atas kerusakan instrumen karena jasa pengiriman

Demikian penawaran harga ini kami sampaikan. Atas kepercayaan anda kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Rahma Jalilah

Sales Calibration

081292921515

admin.sales@vision-teknik.com

Calibration Certificate

Certificate Number : CC.VS076.II.2025
Customer Name : PT Mersifarma Tirmaku Mercusana
Address : Jalan Raya Pelabuhan No.Km. 18, Cikembar, Kec. Cikembar, Jawa Barat
Instrument Name : Total Organic Carbon Analyzer **Location** : On-site
Manufacturer : Veolia Water Technologies **Calibration Date** : February 13, 2025
Model : Sievers CheckPoint TOC Sensor **Calibration Due** : February 13, 2026
Serial Number : 1906.2321 **Issued Date** : February 19, 2025

Calibration Method : Calibration of this instrument has been accomplished as defined in manufacturer procedures. All record of work performed are maintained by Vision Scientific.

Traceability : The unique laboratory calibration number identified above shall be used in referencing metrological traceability for artifacts identified only in this certificate. TOC standards are traceable to NIST through VEOLIA certified lot No: 25006 - 0087, 25024 - 0400, 25016 - 0266

Uncertainty : The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of $k = 2$, which provides a confidence level of approximately 95%.

Results : The calibration results in this certificate are valid only with the above-mentioned instruments.

Calibration Engineer : Anresansia Winesha P. ☒ Calibration Engineer Certified by Veolia Water Technology
 Engineer's Certificate Valid Until: 01 March 2026

Environmental Conditions : Temperature : 26.4 °C Relative humidity : 50 %

Certified Reference Materials			
Description	Lot No.	Manufacturer	Expiration Date
25 µS/cm Hydrochloric Acid (HCl)	25006 - 0087	VEOLIA	05-Jan-26
500µg C/L as Sucrose	25024 - 0400	VEOLIA	21-Mar-25
500 ppb as Benzoquinone and 500 ppb as Sucrose	25016 - 0266	VEOLIA	13-Mar-25

Calibration Results			
Conductivity Verification			
Difference (%)	Tolerance(%)	Result	
0.80	± 2.00	Passed	
TOC Verification			
Difference (%)	Tolerance(%)	Result	
4.40	± 10.00	Passed	
System Suitability			
Response Efficiency (%)	Tolerance (%)	Result	
87.90	85.0 - 115.0	Passed	

Performed by:



Anresansia Winesha P.
Service Engineer

Approved by:



Liza Hidayat
General Manager

It is prohibited to reproduce and/or publish the partial content of this certificate without PT Vision Scientific approval