

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan - (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO12001	Lampu	Pc	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

Lampu Osram Dulux L 36W/865 Model : FPL36EX-D

- Sebagai komponen lampu yang digunakan pada instrumen Laminar Air Flow (LAF) untuk analisa LPC (Liquid Particle Counter)

Latar belakang permintaan:

- Alat Laminar Air Flow (LAF) dengan no.seri : 04201961534002 telah digunakan sejak tahun 2015. Saat ini alat tersebut perlu penggantian part lampu yang merupakan comsumable part, sesuai dengan job service terlampir .
- Pemeriksaan telah dilakukan pada 3 lampu dan ditemukan 1 kap lampu yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga disarankan untuk dilakukan penggantian.
- Terlampir Penawaran harga, Gambar lampu eksisting yang rusak, dan Form Job service


Dibuat

 23/26
405/02

Mengetahui

 23/26
A73

Lampiran 2. Gambar Lampu Osram Dulux L 36W/865 FPL 36 EX-D Eksisting (kondisi mati/rusak)



Lampiran 1. Penawaran Harga Lampu Osram Dulux L 36W/865 FPL 36 EX-D




[View Brand](#)

Osram Dulux L 36W/865 2G11 Compact Fluorescent Lamp – Cool Daylight FPL36EX-D

Brand: OSRAM LIGHTING

Model: FPL36EX-D



S\$ 394.80

(exc. GST)

S\$ 430.33

(inc. GST)

Units	Discount	Unit Price
1	-	S\$ 16.45

Wattage:

Brightness & Color:

Quantity:

☐ MOQ of 24 EA

☐ Bundle of 24 EA

⚠ Lead time of 7 working days required.
Item will be ready to dispatch within the lead time specified.

[Top](#)

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			29677
			Tanggal & Jam Pengajuan
		2026-02-23 00:00:00	
Nama Pemohon : Andini Puspita Departemen : QC Nama Gedung/Area : Lab. Central Lt.2 Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Lampu Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-02-23 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan pemeriksaan lampu TL untuk LAF di laboratorium central. Terimakasih			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
<i>Andini Puspita</i> 2026-02-23 00:00:00	<i>Robertus Luki Praptono</i> 2026-02-23 08:11:35		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-02-23 10:53:30
	Departemen Manager	Plant Manager	Rangga Niki Al-Aziz
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Pemeriksaan telah dilakukan pada 3 lampu dan ditemukan 1 kap lampu yang rusak dan memerlukan penggantian sedangkan 2 lampu dalam kondisi baik. Pengadaan parts under User		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-02-19 09:00:00 Selesai 2026-02-19 12:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :	Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Lampu TL untuk LAF dan hasil nya lampu mati total dan tidak dapat diperbaiki lagi, disarankan untuk dilakukan pengajuan SBP Under User.		
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	09:00:00	2026-02-19 12:00:00	
	Hasil Perbaikan :	Atan dilakukn pengajuan spb lampu TL	
	Keterangan : -	Paraf Pemohon : <i>SPM 23/02/26</i>	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
<i>Ahmad Irul</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-02-23 11:37:28	<i>Hendrawan Mangun</i>	
Ahmad Irul	Mokh. Andri Gunawan		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
 *Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager