

ANALISA PERMINTAAN BARANG

R&D

Tanggal : 25 Februari 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO11039	Kolom HPLC L1 Pursuit XRs 100Å C18, 4.6 x 250 mm, 10 µm. ex. Agilent PN : A6002250X046	Unit	-	1 02 Jun' 2026	-1	-	1 02 Jun' 2026	-	-

Catatan :

- 1 Kebutuhan Kolom L1 250 mm x 4.6 mm x 10µm digunakan untuk analisa penetapan kadar pada sediaan obat Ranitidin 150 TSS dan Ranitidin Injeksi 50 mg/ 2 mL sesuai dengan FI VI.
- 2 Kondisi kolom L1 250 mm x 4.6 mm x 10µm Merk Agilent pada saat ini tidak bisa digunakan karena syarat resolusi tidak memenuhi syarat (≥ 1.5)
- 3 Tidak bisa dilakukan analisa menggunakan kolom merek Hawach karena syarat resolusi tidak memenuhi syarat (≥ 1.5)
- 4 Kolom L1 250 mm x 4.6 mm x 10µm akan digunakan untuk analisa rutin, pengembangan metode, dan Tranfer Metode Analisa.
- 5 Terlampir kompendial kolom yang digunakan.