

No :
 Tanggal : 09 April 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO02016	Baterai Kering HR22-12, 12V,22Ah 83WPC/45Min/1.3VPC/25°C	Lab. Kimia QC	-	-	-	-	8	Pcs	01-06-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan UPS APC Smart C2000 (UPS HPLC UV3) di Lab. Kimia QC Lantai 2 Office Gedung Kantor. No Inventaris : 038/MFG/TK/MT/VI/19
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN BATERAI KERING UNTUK PERBAIKAN UPS APC SMART C2000 DI LAB. KIMIA QC LANTAI 2 OFFICE GEDUNG KANTOR

Situasi :
 Telah terima JO no. 30085 perihal 1 unit UPS ICA di Lab Kimia Lt.2 tidak maksimal dikarenakan tidak bisa menyimpan daya listrik.
 kondisi baterai HR22-12 rusak.
 1 Ups ICA memiliki 2 Baterai HR22-12.
 Total Lab Kimia memiliki 4 Ups dengan type dan model yang sama sehingga diperlukan spare baterai untuk Ups lainnya.

Target :
 UPS ICA tersebut & UPS ICA lainnya bisa segera dipakai maksimal kembali secepatnya

Proposal :
 Pembelian baterai yang dibutuhkan beserta penyediaan spare.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan		 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



BATERAI UPS BATTERY SLA - VRLA AKI KERING TND TN12-22 12V 22Ah BATRE TN 12-22 12 VOLT 22 AMPER

Terjual 7 • ★ 5 (1 rating)

Rp700.000

Detail Produk

Spesifikasi

Info Penting

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 6,5 kg

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: **UPS**

Etalase: **BATTERY KERING**

Baterai VRLA TnD TN 12-22 (12v 22 Ah)

(Tipe Baru NSAG 12-022) utk lebih jelasnya bisa Gambar di slide iklan

RECHARGEABLE

SEALED LEAD ACID BATTERY...

[Lihat Selengkapnya](#)

<https://tk.tokopedia.com/ZSHJRMpy/>



 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			30085
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2026-03-26 00:00:00
Nama Pemohon : Andini Puspita R Departemen : QC Nama Gedung/Area : Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : HPLC UV3T tanggal Rencana Penggunaan : 2026-03-26 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan pengecekan dan penggantian Batre UPS untuk HPLC UV3 di lab.QC Lt 2. Terimakasih			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-03-26 00:00:00	<i>Robertus Luki Praptono</i> 2026-03-27 08:02:17		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-03-27 10:32:21
	Departemen Manager	Plant Manager	Indri Dwi Handayani
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Perbaikan sementara memakai baterai dengan Tegangan 12V tetapi 12ah sedangkan yang dibutuhkan 22Ah.		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-03-26 00:00:00 Selesai 2026-03-26 04:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian :	Sudah selesai dilakukan perbaikan sementara dengan memakai battery dengan Tegangan 12V.		
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
	00:00:00	2026-03-26 16:00:00	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :	Paraf Pemohon :	
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
<i>Irul</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-03-28 13:27:08	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-03-28 13:27:08	
Irul	Mokh. Andri Gunawan		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager