

No :
Tanggal : 07 Mei 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IPT00130	Thermohygro Meter Merk. Dekko 642N	Unit 4	14-04-26	6	PF000447	PT. Asiaparts Indotech	4	Pcs	29-06-26	1. Inventaris	V	Untuk Penggantian Thermohygro Yang TMS di Ruang Pengisian Kapsul 1 & Ruang Persiapan Penyalutan Unit 4. No Inventaris : 022/PLA/PROD/THG/I/23 128/PLA/PROD/THG/XII/24
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN THERMOHYGRO METER UNTUK PENGGANTIAN THERMOHYGRO YANG TMS DI RUANG PENGISIAN KAPSUL 1 & RUANG PERSIAPAN PENYALUTAN UNIT 4

Situasi :

Saat ini terdapat 2 pcs thermohygro meter setelah dilakukan kalibrasi ulang mengalami TMS pada pengukuran kelembaban (RH).

Thermohygro meter telah digunakan dari tahun 2023 & 2024.

Permintaan thermohygro meter sebanyak 4 pcs yaitu 1 pcs untuk pengganti di ruang pengisian kapsul 1 & 1 pcs untuk penggantian di ruang persiapan penyalutan serta 2 pcs untuk spare jika ada yang rusak.

Target :

Tersedianya thermohygro meter untuk mengukur suhu & kelembapan udara di Produksi Unit 4.

Proposal :

Pengajuan pembelian thermohygro meter merk. Dekko 642N sebanyak 4 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Idris

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Hendrawan

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya



PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA

FORMULIR PERMINTAAN PERLENGKAPAN PRODUKSI

Form. No 2PR00/FORM/107.03

Tgl. Berlaku :

16 Februari 2026

Dibuat oleh :

ELC

Tanggal: 15/04/26

No : 032/MFG/PROD/UM/15/2026

Nama Barang :
Thermohygrometer

Uraian Penjelasan (Alasan Rinci Penggunaan) :
Thermohygrometer digunakan sebagai acuan dokumentasi
pencatatan suhu dan RH

Jumlah Permintaan :
2 pcs

Peralatan Baru / Penambahan / Penggantian :
Penggantian

Alokasi :
Ruang pengisian kapsul 1 dan ruang persiapan penyalutan

Nama Mesin / Alat :
Thermohygrometer

No. Inventaris :
022/PLA/PROD/THG/I/23 dan
128/PLA/PROD/THG/THG/XII/24

Indikator Kerusakan :
Parameter kelembaban (RH) pada thermohygrometer TMS
saat proses rekalisasi

Lampiran (v) :	✓	Berita Acara Kerusakan
	✓	Form Service
	✓	Foto Barang Rusak
		Bincard Penunjang / Kartu Stock Barang
		Foto / Drawing Peralatan Baru

Pemohon,

(Koordinator / Supervisor)

Mengetahui / Menyetujui,

(Ast. Mgr. / Mgr. Produksi)



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Diisi oleh Pemohon

No. : 097/BAKP/IV/26

Departemen : Produksi

Hari / Tanggal : Jumat / 13 Februari 2026

Nama Peralatan : Thermohygrometer

Merk / Type : Dekko 642 N

No. Inventaris : 022/PLA/PROD/THG/I/23 dan 128/PLA/PROD/THG/THG/XII/24

Kronologis:

Ditemukan hasil kalibrasi ulang thermohygrometer ruang pengisian kapsul 1 (022/PLA/PROD/THG/I/23) dan ruang persiapan penyalutan (128/PLA/PROD/THG/THG/XII/24) TMS. Produksi mengajukan form service ke Engineering nomor 30182. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat proses kalibrasi, thermohygrometer tersebut tidak masuk spesifikasi (TMS) pada pengukuran kelembaban (RH).

Thermohygrometer sudah digunakan sejak Januari 2023 dan Desember 2024.

Kategori (Dept. GA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (Dept. Engineering):

- ☐ Mesin
 - ☐ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☐ Peralatan Laboratorium
 - ☐ _____
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐ _____
- ☐ _____

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐ _____
- ☐ _____

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

1. Melaporkan kepada atasan
2. Membuat form service

Dibuat:

[Signature]

Tgl. 14/02/26
(Staf/Koord)

Diperiksa:

[Signature]

Tgl. 14/02/26
(Koord./Spv/Ast. Mgr)

Menyetujui:

[Signature]

Tgl. 15/02/26
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Servis Disposisi Form Service, ajukan SPB penggantian.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

Catatan hasil identifikasi:

saat proses kalibrasi, thermohygrometer tersebut tidak masuk spesifikasi (TMS) pada pengukuran kelembaban sehingga disposisinya tidak bias digunakan untuk pemantauan RH. Disarankan untuk pembelian alat baru.

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal
- ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa
- ☐ Membutuhkan Part
- ☐ Rusak tidak bisa digunakan
- ☒ Menerbitkan SPB
- ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi: Rendy & Han Lan



Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00
Dokumen

Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh : *[Signature]*

 mersi <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan
			30182
			Tanggal & Jam Pengajuan
			2026-04-01 14:51:00
Nama Pemohon : Rahmi Fajriah Departemen : Produksi unit 4 Nama Gedung/Area : UNIT 4 Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Thermohygrometer Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-04-01 Permohonan : Service			
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dicek dan diperbaiki thermohygrometer ruang persiapan penyalutan dan r. pengisian kapsul 1 TMS pada saat recalibrasi			
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
"" 2026-04-01 14:51:00	Harisman Harisman 2026-04-02 01:41:50		Rangga Niki Al-Aziz 2026-04-02 22:31:19
	Departemen Manager	Plant Manager	
ENGINEERING DEPARTEMENT			
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : sesuai proses kalibrasi bahwa kedua thermohygrometer tersebut tidak masuk spesifikasi (TMS) pada pengukuran kelembabannya sehingga disposisinya tidak bisa untuk pemantauan RH. disarankan untuk pembelian alat baru		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : Medium Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-04-02 00:00:00 Selesai 2026-04-03 00:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SBP dibuat oleh user	
PENANGANAN PERMOHONAN			
Perbaikan / Penyelesaian	Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada Thermohygrometer, kedua thermohygrometer tersebut tidak masuk spesifikasi (TMS) pada pengukuran kelembabannya sehingga disposisinya tidak bisa untuk pemantauan RH. disarankan untuk pembelian alat baru.		
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-04-02 00:00:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-04-03 00:00:00	
	Hasil Perbaikan :		
	Keterangan :		
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui	
Rendy & Hamdan	Muhamad Idris 2026-04-02 12:00:00	Firman Ardi Busono 2026-04-03 12:00:00	
Rendy & Hamdan	Muhamad Idris	Firman Ardi Busono	
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager	





Mersi

PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI-INDONESIA

**FORMULIR PERMOHONAN KALIBRASI ULANG
/ VERIFIKASI**

Tanggal :

Kepada Yth. Departemen Eng.

Dari Departemen/ Unit : Produksi / 4

[illegible]

Berdasarkan Uraian Nama Alat diatas, kami mohon kepada Departemen Engineering untuk dapat menindaklanjutinya.

Atas kerjasama dan perhatiannya terima kasih.

Dilaporkan Oleh

Diketahui Oleh

Penerima

(.....)

Supervisor/Asmen/Kepala Departemen

Dept. Eng

No. Dokumen : EN-FO/006.00

Tanggal Berlaku : 20 NOV 2025

Disetujui Oleh :