

Nomor Perbaikan : RDC-REP/...../...../.....
 Nama :
 Alat/Mesin/Sarana : Water Distiller 10 L Maskot
 Prasarana* :
 Tanggal Pelaksanaan : 27/04/26
 Lokasi : Lab. Andev (R-Fume)
 Jenis Perbaikan : ☒ Urgent ☐ Not Urgent

Keluhan Awal	Dilaporkan Oleh:			Diketahui Oleh:		Diterima Oleh:		
	Paraf/Inisial	Tgl	Jam	Staff/Spv.	Compliance	Paraf/Inisial	Tgl	Jam
Salah Satu Heater Destilator tidak berfungsi		27/04	0800	 MHQ		 ADP	27/04	10.00

Analisis Masalah	Sparepart tambahan yang diperlukan
- Kabel heater Tertukar - Heater mati 1 kondisi pecah	- Kabel Tahan panas - Isolasi Tahan panas - heater Baru

Perbaikan yang dilakukan	Teknisi yang memperbaiki:			Diketahui Oleh	
	Paraf/Inisial	Tgl	Jam	Staff/Spv.	Compliance
- Penggantian Kabel Tahan panas - Penggantian 1 heater Baru (SPB)	 ADP	28/04	14.00	 MHQ	

Catatan :

Yang melaporkan,
Operator/Staff/Supervisor*

Yang melakukan perbaikan,
Teknisi

Mengetahui,
Asistant Manager/Manager R&D*


(Togi)


(ADP)


(Jari)

*) Coret yang tidak perlu

Nomor Dokumen: RD.3-LIK/01.080A.00

Tanggal Berlaku: 10 APR 2025

Disetujui Oleh:

