



PT MERSIFARMATM
SUKABUMI-INDONESIA

BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN

Formulir BAKP/001

No. 008 BAKP/IV/2026

Departemen : Quality Control (QC)

Hari / Tanggal : Rabu / 29 April 2026

Nama Peralatan : Air Sampler

Merk / Type : Sugold / PKC.1

No. Inventaris : 005 / MFG / QC / ASR / VI / 21

Kategori (Dept. QA):

- ☐ Peralatan Furniture
- ☐ Peralatan Mobil
- ☐ Peralatan Dapur
- ☐ Peralatan Keamanan
- ☐ Peralatan Kebersihan
- ☐
- ☐

Kronologis:

Pada saat dilakukan kalibrasi di laboratorium eksternal,
Hasil kalibrasi tidak memenuhi syarat. (Hasil kalibrasi terlampir)

Kategori (Dept. Engineering):

- ☒ Mesin
 - ☐ Produksi
 - ☐ Alat Angkut Barang Berat
 - ☐ Validasi
 - ☒ Peralatan Laboratorium
 - ☐
- ☐ Alat Angkut Barang Berat
- ☐
- ☐

SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak

Tindakan sementara yang diambil:

membuat permohonan ke Dept. Engineering,
untuk serah terima alat.

Kategori (IT):

- ☐ Peralatan Printer/Komputer
- ☐ Peralatan CCTV
- ☐ Peralatan IT
- ☐
- ☐

Dibuat:

Tgl. 29/4/26

Diperiksa:

Tgl. 29/4/26

Menyetujui:

Tgl. 29/04/26

Disposisi:

Alat tidak dapat
digunakan

(Berikan Disposisi sesuai dengan kerusakan yang rusak)

☐ Dept. General Affair

☒ Dept. Engineering

☐ Dept. Information Technology

(Berikan Disposisi sesuai dengan kerusakan yang rusak)

Catatan hasil identifikasi:

Hasil pemeriksaan tidak stabil after calibrasi dan
tidak dipakai lagi oleh user pemegang 2024

Disposisi:

☐ Perbaikan Internal

☐ Membutuhkan Part

☒ Menerbitkan SPB

☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa

☒ Rusak tidak bisa digunakan

☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn: 30/04/26

Nomor
Dokumen : COM-FPT/001C-00

Tanggal
Berlaku : 11 SEP 2023

Disetujui
oleh :

BERITA ACARA PEKERJAAN

No : BAP010/EMP-PST/LK/V/2024

Hal : Berita Acara Pekerjaan

Pada tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh empat, telah dilakukan pekerjaan kalibrasi, dengan detail sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Kalibrasi Air Sampler
2. Nomor SPH : 039/LK-EMP/IV/24
3. Tanggal SPH : 03 April 2024

Dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH SATUAN	HASIL
	Nama alat : Air Sampler	1 set	alat tidak berfungsi dengan baik
	Merk / Type : Sugold Zhejiang Fuxia		
	Serial Number : 21040014		
	Kelengkapan :		
1	Adapter		

Hasil pengukuran kalibrasi flow air sampler sebesar 82,5 L/min dimana hasil flow yang dipersyaratkan adalah 100 L/min dengan toleransi $\pm 10\%$. Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan air sampler tidak berfungsi dengan baik pada titik 100 L/min.

Hormat Kami,

emp

Taufik Aris Munandar, A.Md, TEM
Manajer Teknis

	Formullir	Kode Dokumen : F.MT-LK.01.2
	Lembar Kerja Kalibrasi Air Sampler	Edisi / Revisi : 03 / 01
		Tanggal Edisi : 01 - 06 - 2023
		Tanggal Revisi : 25 - 10 - 2023
		Halaman : 1 dari 2

No. Sertifikat : S-103 / LK-EMP / U/24

Nama Alat : Air Sampler	Kapasitas : 1000 L
Merk : Sugad Zhejiang Fuxia	Resolusi : 1
Model / tipe : FCE -1	Tgl. Terima : 23/09/24
No.seri : 21040014	Tgl. Kalibrasi : 20/09/24
Suhu/Kelembaban Awal : 25,2 °C / 51 %	Suhu/Kelembaban Akhir : 25,2 °C / 51 %

Toleransi : $\pm 25 \pm 5^\circ\text{C} / 55 \pm 20\%$

A. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1	Kontrol / Indikator	✓	✓	
2	Badan / Permukaan	✓	✓	
3	Kabel / Aksesoris	✓	✓	

B. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

- Flow Meter : 1000 L/min
- Volume : 1000 Liter
- Time : 10 Menit
- Toleransi : $\pm 10\%$

Hasil Pengukuran								
Time	Flow	Volume	Time	Flow	Volume	Time	Flow	Volume
00:00:00	82.0	0	00:04:10	82.3	417	00:08:20	82.2	832
10	82.3	21	20	82.4	434	30	82.2	848
20	82.6	37	30	82.7	451	40	82.2	864
30	82.7	53	40	82.6	467	50	82.2	881
40	82.9	69	50	82.3	483	00:09:00	82.2	897
50	82.9	86	00:05:00	82.2	500	10	82.3	913
00:01:00	82.9	103	10	82.3	517	20	82.4	930
10	82.6	120	20	82.4	533	30	82.5	946
20	82.7	136	30	82.4	549	40	82.1	964
30	82.7	153	40	82.5	567	50	82.0	981
40	82.9	170	50	82.5	583	00:10:00	82.2	997
50	82.9	185	00:06:00	82.3	599			
00:02:00	82.7	202	10	82.3	616			
10	82.6	219	20	82.4	633			
20	82.5	235	30	82.3	649			
30	82.5	252	40	82.4	665			
40	82.3	266	50	82.4	683			
50	82.5	285	00:07:00	82.2	699			
00:03:00	82.6	300	10	82.5	716			
10	82.6	319	20	82.2	732			
20	82.6	334	30	82.2	748			
30	82.1	351	40	82.3	765			
40	82.3	368	50	82.4	781			
50	82.5	384	00:08:00	82.3	798			
00:04:00	82.3	401	10	82.5	815			

Nama Alat : Air Sampler Sugold / FKC.1
No. Inventaris : 005/MFG/QC/ASR/VI/21

