

No :
Tanggal : 02 Juli 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pengajuan				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10041	Jasa Kalibrasi Flow Meter Westechaus 3 inchi SN : 00145 No Inventaris : 1104-18-1-01291-1	IPAL HSE	-	-	-	-	1	Jasa	27-08-26	1. Inventaris 2. Spareparts 3. Consumable 4. Jasa 5. Project	V	Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi.

PERMINTAAN JASA KALIBRASI FLOW METER WESTECHAUS IPAL

- Situasi :
1. Pressure flow meter air adalah alat yang berfungsi untuk mengatur dan mengukur laju aliran air.
 2. Monitoring & Efisiensi: Menghitung konsumsi energi dan pemantauan lingkungan.
 3. Flow meter tersebut saat ini terpasang dan berada diruang IPAL PT. Mersifarma.
 4. Flow meter tersebut sudah terlewat kalibrasinya. Dan akan dilakukan Kalibrasi eksternal karena tidak memiliki alat kalibratornya.

- Target :
1. Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi.
 2. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran dapat tertelusur ke Standar Internasional (SI) dan dapat mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri, termasuk untuk keperluan audit.
 3. ISO/IEC 17025: Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

Proposal :
Pengajuan kalibrasi flow meter westechaus sebanyak 1 jasa.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)
 Ajeng Ayu D		 Hendrawan	 Hermawan Widyaprasetya



Good Quality Improves Life's Quality

**PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI-INDONESIA**

CALIBRATION JUSTIFICATIONS

NOMOR

026/ENG/J.CAL/06/2026

TANGGAL

26 Juni 2026

1.	Nama Alat Instrumen	Flow meter
2.	Merk / type	Westechaus 3 inchi
3.	No serial	00145
4.	No. Inventaris	1104-18-1-01291-1
5.	Qn	3.5 m ³ /h
6.	Diameter Nominal	25 meter
7.	Pemilik Alat	Departemen HSE
8.	Tanggal Kalibrasi sebelumnya	September 2022
9.	Rekalibrasi	
10.	Interval Kalibrasi	2 Tahun
11.	Vendor Kalibrasi Eksternal	UPDT METROLOGI Pemerintah kabupaten Sukabumi

Gambar



Catatan :

1. Dengan dilakukan kalibrasi maka performa alat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tertulis dan pemenuhan CPOB aneks 3 tentang kalibrasi peralatan sudah terpenuhi.
2. Flowmeter tersebut dilakukan Kalibrasi karena sudah terlewat masa kalibrasinya.
3. Dilakukan Kalibrasi eksternal karena tidak mempunyai alat standar kalibrator.

Yang Mengajukan.

M. Idris

Act. Supervisor Kalibrasi

PT. USAHA ABADI TEKNIK

JASA KALIBRASI & REPARATIR TIMBANGAN

●usahaabaditeknik1@gmail.com | ☎0857-2089-3712

Sukabumi, 23 Juni 2026

Nomor : 1/VI/UAT/2026

Kepada Yth.

Lampiran : -

Pimpinan PT. MERSIFARMA

Perihal : **Penawaran Pekerjaan**
Pengujian/kalibrasi

di –
Sukabumi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelayanan Pekerjaan Pengujian Kalibrasi/Tera Ulang Alat UTTP, dengan ini kami bermaksud mengajukan penawaran untuk pekerjaan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Meter Air kapasitas 25mm	1 Unit	600.000,-	600.000,-
			Sub Total	600.000,-
			TOTAL (Pembulatan)	600.000,-
=== Enam Ratus Ribu Rupiah ===				

Demikian penawaran ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. USAHA ABADI TEKNIK



AGUNG MULYANA
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
UPTD METROLOGI

Komplek Pergudangan BGR Jl. Raya Karangtengah km. 14 Cibadak
Telp. (0266) 6530635 e-mail : metrologi.kabsi@gmail.com
SUKABUMI - 43351

KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

NOMOR : 519 / 1015 / MET

Jenis UTTP : Meter Air (Limbah)
Merek / Tipe; : WESTECHAUS / LXSG-25E
No. Seri : 00145
Qn : 3.5 m³/h
Diameter Nominal : 25 mm
Pemilik/Pemakai : **PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA**
Lokasi : Jl, Raya Pelabuhan km 18 Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi
Diuji Oleh : UPTD Metrologi Kabupaten Sukabumi
Tenaga Berhak : RAMDHANI LUKMAN S.Si.
NIP. 19880510 201001 1 002
Tanggal : **08 September 2021**
Hasil : Disahkan berdasarkan Undang – undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Surat Keterangan Hasil Pengujian ini berlaku sampai dengan **September 2022**

Catatan :

1. Pembubuhan Tanda Sah SP6 “21” pada Badan dan Penunjukan Meter Air
2. Apabila tanda tera putus, UTTP tersebut harus ditera ulang;
3. Pemutusan tanda tera hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan UPTD Metrologi Kabupaten Sukabumi

Sukabumi, 09 September 2021

PERHATIAN
TANDA TERA RUSAK/PUTUS
DIANCAM PENJARA SATU TAHUN
DAN ATAU DENDA Rp. 1.000.000,-
(Pasal 25 huruf c Jo. Pasal 32 UUML)



DONNY ACHMAD, ST
Penata Tk. I
NIP. 19750612 200501 1 016

Lampiran Keterangan Hasil Pengujian
Nomor : 519 / 1015 / MET

METODE STANDAR

- Metode : Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Nomor : 133/SPK/KEP/10/2015 Tentang Syarat Teknis Meter Air
- Standar : Instalasi Pengujian Meter Air
Stopwatch

DATA ALAT

NO	Merek	Model/Tipe	No. Seri	Kapasitas (m ³ /h)	Diameter
1	WESTECHAUS	LXSG-25E	00145	3.5	25 mm

Penanggung Jawab Teknik


RAMDHANI LUKMAN, S.Si.
NIP. 19880510 201001 1 002