

No :
 Tanggal : 02 Juli 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO11162	Kontaktor 3p 125a 45kW LC1D95M7 220	Unit 6B	-	-	-	-	2	Pcs	24-08-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Kontaktor Yang Rusak Pada Autoclave Machine + SS304 Trolley 22 Sets (SG-35) di Unit 6B. No Inventaris : 1645-18-1-0181-2-4
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN KONTAKTOR UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK PADA AUTOCLAVE MACHINE SG-35 DI UNIT 6B


Situasi :
 Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 terjadi trouble pada Autoclave SG-35 Unit 6B dimana pompa sirkulasi berhenti, setelah diperiksa ditemukan Kontaktor 3phase 45KW 95A terbakar pada salah satu phase. Kondisi skun dan baud-baud dalam posisi kencang.

Target :
 Mengembalikan fungsi setiap peralatan kembali normal.

Proposal :
 Pembelian parts yang sesuai baik quality, quantity & ukurannya dan akan masuk stock spareparts.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)  Ajeng Ayu D	Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)  Hendrawan	Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)  Hermawan Widyaprasetya
--	--	---

LAMPIRAN



Kontaktor 3p 125a 45kW LC1D95 LC1D95M7 220 | LC1D95B7 24V | LC1D95D7 42V | LC1D95E7 48V | LC1D95F7 110V | LC1D95Q7 380V

Belum Ada Penilaian

Laporkan

Rp1.500.000

Pengiriman Garansi tiba Besok, jika pesan sebelum Besok 09:00 >
Dapatkan Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat.

Jaminan Shopee Bebas Pengembalian

Tipe LC1D95M7 220V LC1D95B7 24V LC1D95D7 42V LC1D95E7 48V
LC1D95F7 110V LC1D95Q7 380V

Kuantitas - 1 +

Masukkan Keranjang

Beli Sekarang

https://shopee.co.id/product/642980538/24380942214?gads_t_sig=gqRiZGVrxHCFomtpsTE0MjUxOnRzc19zGtfa2V5omt20QABpGFsZ2_SAAAAZKNkZWvAomN0xEAAAAAMfaLqfFS4JwQPCoOJZHE2YMfq1tWF61pnIHqGuyOlPkjBotHu7Xp_b0YRK1tULWVZdcp1_r9hw6jgE9CqmNpcGhlcNRIeHTEcQAAAAzbZQ8H7gKmmP5rGa0_S2BV6onEAO-zEbwLO6HQpIMRuZeiRUKwefcwB3SA60584FkyxKrsHaXcM6Esn7pbw7TfDPrAFHh4Lmvp8XZ1cjlrXgRtwokyvEPuzUffqpxiXakiQaEsdoozDmWyfWF&gad_source=1&gad_campaignid=19804035996&gbraid=0AAAAADPpU80cNk9Kqzpw62HF_yZVHnaa4d&gclid=EAlaIqobChMI04aPgLucIQMVxoVmAh0WESHrEAQYBCABEgLGf_D_BwE

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 076/BAKP/VI/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☒ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026				
Nama Peralatan : Autoclave Machine + SS304 Trolley 22 Sets (SG-35)				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1645-18-1-0181-2-4				
Kronologis: Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 terjadi trouble pada Autoclave SG-35 Unit 6B dimana pompa sirkulasi berhenti, setelah diperiksa ditemukan Kontakor 3phase 45KW 95A terbakar pada salah satu phase. Kondisi skun dan baud-baud dalam posisi kencang.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: Mengajukan SPB				
Dibuat:  Mokh. Andri Gunawan Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Hendrawan Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	