

Bagian: QC

Due date : 25 Agustus 2026

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Tanggal : 17 Juni 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO01029	Air Sampler	Un	0	2	-2	0	2	0	0

Catatan :

Air Sampler MAS-100 Sirius cat.no : 1.17880.0001

- Digunakan untuk pemantauan mikrobiologi lingkungan dengan cara menarik volume udara tertentu dalam durasi waktu yang ditentukan untuk menangkap partikel biologis (mikroorganisme) kedalam media pertumbuhan.

- Estimasi harga : Rp. 210.579.000/Unit

Latar Belakang Permintaan :

- Saat ini diperlukan pengadaan air sampler dikarenakan jumlah air sampler yang saat ini tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan pemantauan mikrobiologi lingkungan.

- Air sampler (005/MFG/QC/ASR/VI/21) didapatkan hasil kalibrasi yang tidak memenuhi persyaratan dan sudah dilakukan pengajuan perbaikan, namun alat tersebut tidak dapat di adjust (berita acara terlampir)

- Air sampler (001/MFG/QC/ASR/07/10) sudah dilakukan pengecekan oleh supplier namun tidak dapat diperbaiki, sehingga diperlukan penggantian beberapa part, dimana harga penggantian tersebut tidak berbeda jauh dengan pembelian unit baru

Terlampir form latar belakang permintaan barang, rincian kebutuhan, foto air sampler, berita acara kerusakan, hasil kalibrasi dan penawaran harga.

Dibuat


17/26
06

Mengetahui


18/26
06

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG		<i>Diisi oleh Pemohon</i>	
	DEPARTEMEN : Quality Control (QC)		No. : <u>011</u> /LBPB/ <u>V</u> /20 <u>26</u>	
☐ Peralatan Produksi ☐ Peralatan Engineering ☐ Peralatan Umum / Logistik / K3 ☐ Peralatan Komputer			☒ Peralatan Laboratorium ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	
			Rencana Waktu Penggunaan: Juni 2026	
			Lead time Purchasing : 30 Hari	
☐ Peralatan Baru ☐ Penambahan ☒ Penggantian ☐ Berita Acara Kerusakan				
SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN: 1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru. 2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga. 3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya. 5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
SYARAT WAJIB PENGANTIAN: 1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti. 2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan. 3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru. 4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.				
Nama Barang Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)	Jumlah Unit	Estimasi Harga	Masa Waktu Pakai	Masa Frekuensi Pakai
Air Sampler	2	Rp. 188.651.604	± 5 tahun	Setiap Hari
Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan Air sampler digunakan untuk pemantauan mikrobiologi lingkungan dengan cara menarik volume udara tertentu dalam durasi waktu yang ditentukan untuk menangkap partikel biologis (mikroorganisme) ke dalam media pertumbuhan. Saat ini diperlukan pengadaan air sampler dikarenakan jumlah air sampler yang saat ini tersedia tidak mencukupi untuk kebutuhan pemantauan mikrobiologi lingkungan (jumlah kebutuhan air sampler terlampir).				
Dibuat:  Tgl. : <u>05 Mei 2026</u> Nama : <u>Asri Muliati</u> (Koordinator / Supervisor)		Diperiksa & disetujui :  Tgl. : <u>05/05/26</u> Nama : <u>Roberthy Lupis</u> (Manager)		
Nomor : PP-FO/001.00 Dokumen		Tanggal : 24 DEC 2025 Berlaku		Disetujui : Oleh 



Air Sampler Sugold / FKC.1
005/MFG/QC/ASR/VI/21



Air Sampler Merck / MAS - 100 NT
001/MFG/QC/ASR/07/10

29/04/20
06