

Rencana penggunaan bahan analisa

1 Senyawa sejenis A Ondansetron

<u>Pengujian bahan baku:</u>		<u>Pengujian obat jadi:</u>	
1 x uji kadar zat aktif	2 mg	Pengujian kadar	1 mg
1 x uji cemaran organik	2 mg	Total	1 mg
Total	4 mg	Trial skala lab (estimasi 10x trial)	10 mg
Estimasi 5 x trial pengembangan analisa bahan baku	20 mg	Total pengujian produk jadi	10 mg
Validasi metode analisa	8 mg		
Total pengujian bahan baku	28 mg		
total kebutuhan (bahan baku dan produk jadi) = 38 mg			

2 Senyawa sejenis C Ondansetron

<u>Pengujian bahan baku:</u>		<u>Pengujian obat jadi:</u>	
1 x uji senyawa sejenis D Ondansetron	2 mg	Pengujian kadar	2 mg
Estimasi 5 x trial pengembangan analisa bahan baku	10 mg	Estimasi 10 x trial formula	20 mg
Validasi metode analisa	8 mg	Forced degradation study	10 mg
Total pengujian bahan baku	18 mg	Total pengujian produk jadi	30 mg
total kebutuhan (bahan baku dan produk jadi) = 48 mg			

3 Senyawa sejenis D Ondansetron

<u>Pengujian bahan baku:</u>		<u>Pengujian obat jadi:</u>	
1 x uji senyawa sejenis D Ondansetron	2 mg	Pengujian kadar	2 mg
Estimasi 5 x trial pengembangan analisa bahan baku	10 mg	Estimasi 10 x trial formula	20 mg
Validasi metode analisa	8 mg	Forced degradation study	10 mg
Total pengujian bahan baku	18 mg	Total pengujian produk jadi	30 mg
total kebutuhan (bahan baku dan produk jadi) = 48 mg			