

MEMO DINAS: 0125/QC/MD/VI/2026


Tanggal : 29 Juni 2026
Kepada Yth : Dept. GA
Dari : Departemen Quality Control (QC)
Perihal : Penggantian Brand Pita Printer Timbangan Analitik
Tembusan : 1. Manager
2. Arsip

Dengan Hormat,

Saat ini brand pita printer untuk timbangan analitik yang digunakan oleh Departemen QC adalah brand **Fullmark**, namun dengan brand ini kami menemukan beberapa permasalahan saat melakukan *print-out* data timbangan, yaitu:

1. Pita tidak tegas (kendor) sehingga tidak tertempel pada kertas secara menyeluruh, mengakibatkan *print-out* pada kertas tidak terbaca dengan jelas.

Berikut ini gambar hasil *print-out* saat awal pertama kali pemakaian pita:



2. Ketika bagian pita diputar untuk dikencangkan, pita mudah patah
3. Bagian pita mudah sobek sehingga mempengaruhi hasil *print-out*.

Dengan penjelasan diatas, kami mengajukan usulan untuk mengganti brand pita printer dengan brand yang dahulu sudah pernah kami gunakan dan kondisinya baik, yaitu **Print-Rite Seamless Ribbon (ERC-22)**.

Demikian informasi ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Hormat Kami,

 29/06/26

Muhammad Ismail
QC Supervisor

Menyetujui,

 29/06/26

QC Asst. Manager / Manager