

**BERITA ACARA  
KERUSAKAN PERALATAN**

Diisi oleh Pemohon

No. : 001 BAKP/ VII /20 26

Departemen : Quality Control

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Juni 2026

Nama Peralatan : NanoRam Spectrometer

Merk / Type : Metrohm / NanoRam BWS456 – 785

No. Inventaris : 044/D.01/QC/KIMI/03/15

**Kronologis:**

Pada tanggal 4 Juni 2026 alat NanoRam mengalami error saat melakukan pengujian Identifikasi bahan baku Clindamycin HCl. User melakukan konsultasi terkait issue tersebut kepada teknisi supplier via chat dan diarahkan untuk melakukan Verifikasi Performance. Namun hasilnya tetap error. Sehingga alat dikirimkan ke supplier untuk dilakukan pemeriksaan.

**Kategori (Dept. GA):**

- ☐ Peralatan Furniture  
☐ Peralatan Mobil  
☐ Peralatan Dapur  
☐ Peralatan Keamanan  
☐ Peralatan Kebersihan  
☐ \_\_\_\_\_  
☐ \_\_\_\_\_

**Kategori (Dept. Engineering):**

- ☐ Mesin  
☐ Produksi  
☐ Alat Angkut Barang Berat  
☐ Validasi  
☒ Peralatan Laboratorium  
☐ \_\_\_\_\_

**Kategori (IT):**

- ☐ Alat Angkut Barang Berat  
☐ \_\_\_\_\_  
☐ \_\_\_\_\_  
☐ Peralatan Printer/Komputer  
☐ Peralatan CCTV  
☐ Peralatan IT  
☐ \_\_\_\_\_  
☐ \_\_\_\_\_

**SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak**

Tindakan sementara yang diambil:

Mengirim alat NanoRam ke supplier untuk diperiksa dan diperbaiki.

Dibuat:



Tgl. 23/06 26  
(Staf/Koord)

Diperiksa:



Tgl. 23/06 26  
(Koord./Spv/Asst. Mgr)

Menyetujui:



Tgl. 24/06 26  
(Kepala Departemen)

Disposisi:

Perbaiki lebih lanjut  
ke PT. Methrom.

(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)

- ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology

(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)

**Catatan hasil identifikasi:**

Kerusakan pada komponen elektronik alat, suku cadang tidak menda  
pat support dari pabrik dan unit tipe alat sudah discontinue.  
Sehingga direkomendasikan untuk pembelian unit alat baru Raman spec  
troscopy.

*Note: sesuai pemeriksaan METROHMS INDONESIA, spare part sudah tidak ada  
dukungan dari pabrik. Ganti dengan Instrument versi terbaru. 5/8/26*

Disposisi:

- ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB  
☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☒ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ

Nama Petugas yang mengidentifikasi:

Tgl/bln/thn:

Nomor : COM-FPT/001C.00  
Dokumen


Tanggal Berlaku : **11 SEP 2023**

Disetujui oleh : 

Lampiran 1. Pengecekan Nyala Laser Alat NanoRam



Juso 24/06/26



Layar kosong, tidak mampu membaca spektrum material apa pun

HWBO 24/06 26