

LIST PARAMETER BAHAN BAKU BELUM BISA DIKERJAKAN OLEH QC

No.	Parameter	Nama Bahan	Kendala di QC	Keterangan (Bisa/Tidak oleh R&D)
57	Kadar	Metolose (Hypromellose)	Belum tersedia instrumen GC dengan detektor TCD. Belum tersedia reagen - adipic acid - methyliodine belum tersedia kolom - 0.53 -mm x 30-m fused silika capillang, lapisan 3- μ m fase GI.	Belum tersedia instrumen GC dengan detektor TCD. Belum tersedia reagen - adipic acid - methyliodine belum tersedia kolom - 0.53 -mm x 30-m fused silika capillang, lapisan 3- μ m fase GI.
58	Difraksi Sinar-X	Vortioxetine	Tidak terdapat instrumen XRD	Tidak terdapat instrumen XRD
59	Difraksi Sinar-X	Brintellix	Tidak terdapat instrumen XRD	Tidak terdapat instrumen XRD
60	TEG	PEG 6000	Belum pengembangan metode dan belum tersedia kolom GC	Belum pengembangan metode dan belum tersedia kolom GC
61	NDMA	Stelosi 5	Tidak tersedia instrumen LC-MS	LC MS belum tersedia

h 11/08-26
MHQ