

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IAL00220	Glass Base With Connector no. cat : 6983002	Un	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

Glass Base with Connector cat.no. 6983002

- Digunakan sebagai penghubung penyaring glass untuk menghilangkan kotoran padatan, partikel, atau endapan dari cairan sehingga menghasilkan cairan yang dimurnikan ketika akan digunakan di instrumen HPLC.
- Estimasi harga : Rp. 8.437.500/Pc

Latar Belakang Permintaan

- Diperlukan pengadaan alat gelas tersebut karena saat ini stok sudah nol, pengadaan stok untuk penggantian Glass Base with Connector yang saat ini digunakan untuk antisipasi jika terjadi kerusakan.
- Alat tersebut digunakan untuk menyaring semua pelarut dan MPS yang digunakan dalam pengujian metode HPLC.
- Alat glass base dengan connector sudah digunakan selama 1,5 tahun sejak 5 Desember 2024
- Frekuensi pakai Glass Base with Connector yaitu setiap hari

Terlampir berita acara kerusakan, penawaran harga, Kartu stok dan laporan investigasi kerusakan alat

Dibuat


.....

Mengetahui


.....

**BERITA ACARA
MESIN/ALAT**

Form No :
2QA00/FORM016.01
Tgl Berlaku :
15 Oktober 2012
Dibuat oleh :
NLI

DEPARTEMEN : Quality Control

☒ Kerusakan ☐ Perbaikan ☐ Lain-lain

No. urut : 001 /BA-MA/ LAB / 02 / 26

Hari / Tanggal : Jum'at / 20 februari 2026

Nama Mesin / Alat : Glass Base with connector

Merk / Type : Sartorius

No. Inventaris : - N/A Nbm 04/105

Kronologis :

Pada tanggal 20 februari 2026 alat glass base dengan connector mengalami kerusakan berupa retak pada funnel alatnya. Alat tersebut digunakan sebagai penghubung dalam menyaring pelarut dan fase gerak agar menghancurkan cairan bebas dari kotoran padatan, partikel dan endapan ketika akan digunakan di HPLC. Alat glass base telah digunakan selama 1 tahun 5 bulan dimulai tanggal 5 september 2024. Alat glass base dengan konektor mengalami keretakan dikarenakan ketika dilakukan penyaringan menggunakan vakum dengan adanya getaran saat menyaring dan juga digunakan untuk menyaring cairan yang bersifat asam dan basa yang menyebabkan terjadinya pengikisan, sehingga diperlukan penggantian alat glass base with connector. baru.

Tindakan sementara yang diambil :

Menggunakan stok yang tersedia.

Hasil :

Diperlukan penggantian glass base with connector dengan menggunakan stok yang ada.

Kesimpulan :

Diperlukan pembelian baru alat glass base untuk mengganti stok yang digunakan.

Dilaporkan oleh,


(Fitria Nurkholidah)


Tanggal : 20.02.26

Mengetahui,


(.....)

Tanggal : 20.02.26

Gambar Glass Base



Nama Barang / Alat	: All - Glass Vacuum Filtration Unit
Code Barang	: n/a (All set)
Manufactur / Supplier	: PT. Sargaret Filter Indonesia

[illegible]



PT. Sartonet Filtrasi Indonesia

Jl. Kemanggisan Ilir Raya No.2, Kemanggisan - Palmerah, Jakarta Barat 11480, Indonesia
☎ (+62-21) 5366 9338/41/42/43 ☎ (+62-21) 5366 9339
E-mail: sartonet@cbn.net.id

No. Ref : QAP2/I/26/052/OF

Jakarta, 8 Januari 2026

Kepada Yth :

PT. MERSI FARMA TRIMAKU MERCUSANA
Jl. Raya Pasar Minggu Km 18 No 17 Jakarta 12510
Telp/Fax : 021-798 7683/798 7686
Up : Pak Perdana
Perihal : Penawaran harga

Dengan hormat,
Menindaklanjuti pembicaraan dengan Bapak pada hari ini, berikut kami kirimkan penawaran harga dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Description	Qty	Price in Rupiah	Disc	Total in Rupiah
1.	6980119 Glass funnel 250ml	1	5.000.000	25%	3.750.000
2.	6983004 Filter support with glass frit	1	4.100.000	25%	3.075.000
3.	00124 Viton O-ring	1	370.000	25%	277.500
4.	6983002 Glass base with connector	1	11.250.000	25%	8.437.500
5.	6983001 Vacuum resistant glass suction	1	8.220.000	25%	6.165.000

Syarat penawaran :

1. Penyerahan : Indent 3-4 bulan setelah pemesanan barang
2. Pembayaran : Tunai pada saat penyerahan barang
3. Keterangan : Harga tersebut diatas belum termasuk PPN 11%

Demikian penawaran ini kami sampaikan, sambil menunggu konfirmasi pemesanan dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Stella Grace Limbara
Direktur

Representatif Offices

Bandung 40266
Pasar Modern Barat Nunggal Indah
Ruko RE No.6
Jl. Batu Nunggal Indah II No. 48
Telp./Fax. (+62 22) 8752 6869
Email : sfi_bandung@cbn.net.id

SARTORIUS

